

Medellín, Abril 30 de 2019

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Número de Invitación: Solicitud de Cotizaciones # 1

Proceso de Adquisición #: 102

Adquisición: Adquisición Microaislador para mantenimiento de roedores de laboratorio

La Coordinación Administrativa y Financiera del programa denominado Alianza académico-científica para el fortalecimiento de las IES, enfocada en la nanobioingeniería para la prevención, diagnóstico y el tratamiento del cáncer de colon, ha recibido las siguientes preguntas:

1. ¿El sistema de alojamiento que quieren comprar debe ser de jaulas intercambiables, pero debe tener un mínimo de capacidad de 48 jaulas con un área de mínimo 1300 cm²?

Respuesta: Correcto

2. ¿Se puede ofrecer un equipo que tiene capacidad máxima de 32 jaulas y un total de 48 jaulas de mínimo 1300 cm²?

Respuesta: La opción que plantean también es válida, pero se reitera que el equipo tiene que permitir la opción de usar cajas intercambiables de diferentes tamaños.

3. ¿Aun ustedes necesitan jaulas adicionales pequeñas en la oferta? ¿O lo que necesitan es que el sistema permita a futuro colocar jaulas de pequeñas de un mínimo de 515 cm²?

Respuesta: Correcto. Lo que se necesita es que el sistema permita a futuro colocar jaulas de pequeñas

4. ¿También podrían ampliar un poco el plazo de entrega de 90 a 120 días para dar un tiempo prudente de entrega con el transporte y liberación de la mercancía?

El tiempo de entrega debe ser como lo estipula la invitación a cotizar. Recomendamos realizar procesos de importación por medios de transporte que permitan cumplir con estos tiempos y utilizar las herramientas que permite el régimen de importaciones vigente en Colombia tales como el descargue directo.

Un saludo cordial.



Ana María Arroyave Londoño
Coordinadora Administrativa y Financiera
Programa NanoBiocancer

Elaboró: Elisa Victoria Gómez Martínez